

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: W006.01AR

Data de Fabricação: 06/01/2017

Data de Validade: 06/01/2019

Data da Análise: 10/05/2017

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,99

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

Ana Livia Leonel Silva
Analista de Controle de Qualidade

Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev. 03

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
PRODUIT

LOTE: *W006.01AR*
LOT

Fecha del análisis: 06/01/2017
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,07	2,20


PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI X
OUI

NO
NON


FECHA DE CADUCIDAD: 01/2019

06/01/2017
Fecha de emisión
Date d'émission


Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus


Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

Firm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TÉCNICO
M.P. 20.031


Dr^a Anay Meire de Paula
Farmacêutica
CRF-SP 48.712

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.