

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: W012.03AR

Data de Fabricação: 12/01/2017


Data de Validade: 12/01/2019

Data da Análise: 10/05/2017


TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,01

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Ana Livia Leonel Silva
Analista de Controle de Qualidade




Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev. 03

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
PRODUIT

LOTE: *W012.03AR*
LOT

Fecha del análisis: 12/01/2017
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Índice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,10	2,20


PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI X
OUI

NO
NON


FECHA DE CADUCIDAD: 01/2019

12/01/2017
Fecha de emisión
Date d'émission


Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

FARM. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TÉCNICO
M.P. 20.055


Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios



Dr^a Anay Meire de Paula
Farmacêutica
CRF-SP 48.712

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.