

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** W081.01AR

Data de Fabricação: 22/03/2017


Data de Validade: 22/03/2019

Data da Análise: 12/06/2017


TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,7
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,06

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



**Ana Livia Leonel Silva**  
Analista de Controle de Qualidade




**Anay Meire de Paula**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev.03

OFICINA COMERCIAL  
Av. Belgrano 1217 Piso 9° Of. 94  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en  
**Desinfección**

WWW.LECTUS.COM.AR

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**  
CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
PRODUIT

**STERANIOS 2%**

**LOTE: W081.01AR**  
LOT

**Fecha del análisis:**  
Date d'analyse

22/03/2017

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Índice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,10	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME

SI   
OUI

NO  
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 03/2019

22/03/2017  
Fecha de emisión  
Date d'émission

*fm*  
Dr.º Taís Monteiro Cardoso  
Farmacéutica  
CRF/SP: 47.420

*[Signature]*  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

*[Signature]*  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

