

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: W093.03AR

Data de Fabricação: 03/04/2017


Data de Validade: 03/04/2019

Data da Análise: 11/10/2017


TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,10

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**




Ana Livia Leonel Silva
Analista de Controle de Qualidade



Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
PRODUIT

LOTE: *W093.03AR*
LOT

Fecha del análisis: 03/04/2017
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,11	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON


FECHA DE CADUCIDAD: 04/2019

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

03/04/2017
Fecha de emisión
Date d'émission


Dr. Tais Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF/ SP: 47.420


Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus


Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

obsvoirga
aboblieuQ ab-ovnoQ
Control de Calidad

Control de Calidad
Anios