

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** W094.06AR

Data de Fabricação: 04/04/2017

Data de Validade: 04/04/2019

Data da Análise: 11/10/2017

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,96

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.


Resultado: **Aprovado**

**Ana Livia Leonel Silva**  
Analista de Controle de Qualidade

**Anay Meire de Paula**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL  
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
TelFax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
**Desinfección**

www.lectus.com.ar

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:** *STERANIOS 2%*  
PRODUIT

**LOTE:** *W094.06AR*  
LOT

Fecha del análisis: *04/04/2017*  
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,06	2,20

PRODUCTO CONFORME  
PRODUIT CONFORME

SI   
OUI

NO  
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 04/2019

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**

04/04/2017  
Fecha de emisión  
Date d'émission

*Jue*  
Dr.º Tais Monteiro Cardoso  
Farmacéutica  
CRF/SP: 47.420

*[Signature]*  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

*[Signature]*  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

Patn. CHIFFRE ANIOS  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.P. 20.117

ANÁLISIS  
CONTROL DE CALIDAD