

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: W101.03AR

Data de Fabricação: 11/04/2017


Data de Validade: 11/04/2019

Data da Análise: 11/10/2017

| TESTES | ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C | ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C | RESULTADOS |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| pH MG - 01 | 5,5 | 6,5 | 5,8 |
| Índice de Refração MG - 04 | 1,33 | 1,38 | 1,34 |
| Densidade MG - 03 | 0,99 | 1,02 | 1,00 |
| Glutaraldeído (%) MG - 08 | 1,80 | 2,20 | 1,99 |

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**




Ana Livia Leonel Silva
Analista de Controle de Qualidade



Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9° Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:
PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: W101.03AR
LOT

Fecha del análisis:
Date d'analyse

11/04/2017

| ANÁLISIS ANALYSE | ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO | RESULTADO RESULTAT (20°C) | ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO |
|--|---|---------------------------------|---|
| pH | 5,5 | 6,1 | 6,5 |
| Indice de refracción Indice de réfraction | 1,33 | 1,34 | 1,35 |
| Densidad Densité | 0,99 | 1,00 | 1,02 |
| Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde | 1,80 | 2,16 | 2,20 |

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME


SI
OUI


NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 04/2019

11/04/2017
Fecha de emisión
Date d'émission


Dr.ª Tais Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF/SE: 47.420


Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus


Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

FIRM. ENRIQUE PINERO
DIRECTOR TÉCNICO

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Control de Calidad
11/04/2017