

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO: ANIOSYME SYNERGY 5**

**Lote: W11201S**

Data de Fabricação: 22/04/2017

Data de Validade: 22/04/2019

Data da Análise: 10/07/2017

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	7,0	9,0	8,0
Índice de Refração MG - 04	1,36	1,41	1,38
Densidade MG - 03	1,09	1,14	1,10

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

**Resultado: Aprovado**

*Taís Monteiro Cardoso*

**Taís Monteiro Cardoso**

Farmacêutica Responsável Técnica  
Regulatórios  
CRF - SP: 47.420

*Anay Meire de Paula*

**Anay Meire de Paula**

Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF - SP: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev.03

LABORATOIRE DE  
CONTROLE QUALITE

Responsable  
Manager  
J.FOSSE  
Techniciens  
Técnicos  
Technicians  
M. DUFOUR  
L. FORTRIE  
S. MONSAURET  
T. LEURIDAN  
A.MOREIRA  
C.CARON  
H DEPOORTER  
S BAILLEUL

**CERTIFICAT D'ANALYSE**  
CERTIFICADO DE ANALISIS  
ANALYSIS CERTIFICATE

**PRODUIT : ANIOSYME SYNERGY 5**

PRODUCTO  
PRODUCT

**LOT : W11201S**

LOTE  
BATCH NUMBER

Date d'analyse : 22/04/2017

Fecha de análisis  
Analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	7,0	7,9	9,0
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,36	1,38	1,41
Densité (IS18) Densidad Density	1,09	1,10	1,14
Activité Amylasique UA/ml/min(RDC55) Actividad enzimática de la amilasa Amilase activity	0,01	0,01	
Activité Protéasique UP/ml/min (RDC55) Actividad enzimática de la proteasa Proteolytic activity	0,02	0,04	

**PRODUIT CONFORME**  
PRODUCTO CONFORME  
PRODUCT CONFORMITY

OUI   
SI  
YES

NON   
NO  
NO

COMERCIAL ALBE LTDA.

*obsvoitga*  
*gbsvnuv*  
Date d'expédition  
Fecha de emisión  
Sending out date  
17/05/2017

*Monsauret*  
Visa Technicien Qualité  
Visado Técnico Calidad  
Quality Technician Visa

*[Signature]*  
Visa Responsable Contrôle Qualité  
Visado Responsable Control calidad  
Quality Control Manager Visa