

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: W125.05AR

Data de Fabricação: 05/05/2017


Data de Validade: 05/05/2019

Data da Análise: 16/10/2017

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,00

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**




Ana Livia Leonel Silva
Analista de Controle de Qualidade



Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANÁLISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
PRODUIT

LOTE: *W125.05AR*
LOT

Fecha del análisis: *05/05/2017*
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,14	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 05/2019

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

05/05/2017
Fecha de emisión
Date d'émission

Julio
Dr. Tais Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF/SP: 47.420

Enrique Amaro
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

Pablo Anios
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

FING. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TÉCNICO
M.P. 20.033

APROBADO
CONTROL DE CALIDAD
Enrique Amaro
21/05/17