

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: W14301S

Data de Fabricação: 23/05/2017


Data de Validade: 23/05/2019

Data da Análise: 06/10/2017


TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,96

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: **Aprovado**



Ana Livia Leonel Silva
Analista de Controle de Qualidade



Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

LABORATOIRE DE
CONTROLE QUALITE

Responsable

Manager

J.FOSSE

Techniciens

Técnicos

Technicians

M. DUFOUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

C.CARON

H DEPOORTER

S.BAILLEUL

A.MOREIRA

T. DELGHEIER

CERTIFICAT D'ANALYSE

CERTIFICADO DE ANALISIS
ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : STERANIOS 2%

PRODUCTO
PRODUCT

LOT : W14301S

LOTE
BATCH NUMBER

Date d'analyse : 23/05/2017

Fecha de producción y de análisis

Analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	5,5	5,9	6,5
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,33	1,34	1,35
Densité (IS18) Densidad Density	0,99	1,01	1,02
Glutaraldéhyde (%) (IS03) Glutaraldehido Glutaraldehyde	1,80	2,02	2,20

PRODUIT CONFORME

PRODUCTO CONFORME
PRODUCT CONFORMITY

OUI

SI
YES



NON

NO
NO



COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Date d'émission

Fecha de emisión

Sending out date

07/06/2017

ful
Tais Monteiro Cardoso

Farmacêutica

CRF/SQ: 47.420

Visa Technicien Qualité

Visado Técnico Calidad

Quality Technician Visa

[Signature]

Visa Responsable Contrôle Qualité

Visado Responsable Control calidad

Quality Control Manager Visa

[Signature]