

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** W243.02AR

Data de Fabricação: 31/08/2017


Data de Validade: 31/08/2019

Data da Análise: 31/10/2017


TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,94

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**




**Ana Livia Leonel Silva**  
Analista de Controle de Qualidade



**Anay Meire de Paula**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL  
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
**Desinfección**

www.lectus.com.ar

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
PRODUIT

**STERANIOS 2%**

**LOTE: W243.02AR**  
LOT

**Fecha del análisis:**  
Date d'analyse

**31/08/2017**

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
<b>pH</b>	5,5	6,1	6,5
<b>Índice de refracción</b> Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
<b>Densidad</b> Densité	0,99	1,01	1,02
<b>Glutaraldehído (%)</b> Glutaraldéhyde	1,80	2,15	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME

SI  X  
OUI

NO  
NON

**FECHA DE CADUCIDAD: 08/2019**

**31/08/2017**  
Fecha de emisión  
Date d'émission

*ful*  
**Dr. Tatá Monteiro Cardoso**  
Farmacéutica  
CRF/SR: 47.420

*Enrique Amaro Llangos*  
**Control de Calidad Lectus**  
Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANGOS  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.P. 20.050

*Enrique Amaro Llangos*  
**Control de Calidad Anios**  
Contrôle de Qualité Anios

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**

obsv010A  
ebbit00 eb el01000  
Control de Qualidade  
31/08/2017