

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: **ANIOS RL**

Lote: **W27211S**

Data de Fabricação: 29/09/2017


Data de Validade: 29/09/2020

Data da Análise: 05/12/2017


TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	6,0	8,0	7,0
Índice de Refração MG - 04	1,35	1,37	1,36
Densidade MG - 03	1,00	1,03	1,01

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: **Aprovado**



**Ana Livia Leonel Silva**  
Analista de Controle de Qualidade



**Anay Meire de Paula**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev. 03

LABORATOIRE DE  
CONTROLE QUALITE

Responsable

Manager

J.FOSSE

Techniciens

Técnicos

Technicians

M. DUFOUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

C. CARON

H. DEPOORTER

S. BAILLEUL

A. MOREIRA

T. DELGHEHIER

## CERTIFICAT D'ANALYSE

CERTIFICADO DE ANALISIS  
ANALYSIS CERTIFICATE

**PRODUIT : ANIOS RL**

PRODUCTO  
PRODUCT

**LOT : W27211S**

LOTE  
BATCH NUMBER

Date d'analyse : 29/09/2017

Fecha de producción y de análisis

Analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH 0,2% (IS21)	6,0	7,7	8,0
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,35	1,36	1,37
Densité (IS18) Densidad Density	1,00	1,01	1,03

**PRODUIT CONFORME**

PRODUCTO CONFORME  
PRODUCT CONFORMITY

OUI

SI  
YES

NON

NO  
NO

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**

Date d'émission

Fecha de emisión

Sending out date

19/10/2017

*J. F. Fosse*  
Dr. João Monteiro Cardoso  
Farmacêutica  
CRF/SP: 47.420

Visa Technicien Qualité

Visado Técnico Calidad  
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité

Visado Responsable Control calidad  
Quality Control Manager Visa

*H. Depoorter*