

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO: STERANIOS 2%**

**Lote: W275.01AR**

Data de Fabricação: 02/10/2017


Data de Validade: 02/10/2019

Data da Análise: 20/02/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,98

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



**Anay Meire de Paula**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev.03


[www.3albe.com.br](http://www.3albe.com.br)

Tel (11) 5519-4022 - Fax (11) 5511-5120

[sac@3albe.com.br](mailto:sac@3albe.com.br)

OFICINA COMERCIAL  
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
Desinfección

www.lectus.com.ar

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:** STERANIOS 2%  
PRODUIT

**LOTE:** W275.01AR  
LOT

**Fecha del análisis:** 02/10/2017  
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,01	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,16	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME

SI   
OUI

NO  
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 10/2019

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

02/10/2017  
Fecha de emisión  
Date d'émission

*fu*  
Dr. Tais Monteiro Cardoso  
Farmacéutica  
CRF/SP: 47.420

*[Signature]*  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.P. 20.025

*[Signature]*  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

obsvotqA  
sbsbilsuO ob slortno  
Control de Calidad  
*[Signature]*