

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: W282.02AR

Data de Fabricação: 09/10/2017


Data de Validade: 09/10/2019

Data da Análise: 20/02/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH <i>MG - 01</i>	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração <i>MG - 04</i>	1,33	1,38	1,34
Densidade <i>MG - 03</i>	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) <i>MG - 08</i>	1,80	2,20	1,96

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**




Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev.03

www.3albe.com.br

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: STERANIOS 2%
PRODUIT

LOTE: W282.02AR
LOT

Fecha del análisis: 09/10/2017
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,01	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,16	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 10/2019
COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

09/10/2017
Fecha de emisión
Date d'émission

[Signature]
Dr. Tais Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF/SP: 47.420

[Signature]
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

Firm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TÉCNICO
M.P. 20.033

[Signature]
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

