

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: W285.03AR

Data de Fabricação: 12/10/2017

Data de Validade: 12/10/2019

Data da Análise: 01/02/2018

| TESTES | ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C | ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C | RESULTADOS |
|--------------------------------------|---|---|------------|
| pH <i>MG - 01</i> | 5,5 | 6,5 | 6,0 |
| Índice de Refração <i>MG - 04</i> | 1,33 | 1,38 | 1,34 |
| Densidade <i>MG - 03</i> | 0,99 | 1,02 | 1,00 |
| Glutaraldeído (%) <i>MG - 08</i> | 1,80 | 2,20 | 2,02 |

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.


Resultado: **Aprovado**

Anay Meire de Paula

Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494



Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
PRODUIT

LOTE: *W285.03AR*
LOT

Fecha del análisis: *12/10/2017*
Date d'analyse

| ANÁLISIS ANALYSE | ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO | RESULTADO RESULTAT (20°C) | ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO |
|---|---|---------------------------------|---|
| pH | 5,5 | 6,1 | 6,5 |
| Índice de refracción Indice de réfraction | 1,33 | 1,34 | 1,35 |
| Densidad Densité | 0,99 | 1,01 | 1,02 |
| Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde | 1,80 | 2,15 | 2,20 |

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 10/2019

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

12/10/2017
Fecha de emisión
Date d'émission

Dr. Tatís Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRSF/SE: 47.420

[Signature]
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

[Signature]
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

Firma: ENRIQUE AMARO LLANUS
DIRECTOR TÉCNICO
M.P. 20.033

obsvotqA
sbsbiisqD. eb slonno

[Handwritten notes]