

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: W286.01AR

Data de Fabricação: 13/10/2017
Data de Validade: 13/10/2019

Data da Análise: 01/02/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH <i>MG - 01</i>	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração <i>MG - 04</i>	1,33	1,38	1,34
Densidade <i>MG - 03</i>	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) <i>MG - 08</i>	1,80	2,20	2,03

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.


Resultado: **Aprovado**

Anay Meire de Paula

Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
 Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires, Argentina.
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
 Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
 (1885) Plátanos, Berazategui
 Buenos Aires, Argentina.
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
 CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
 PRODUIT

LOTE: *W286.01AR*
 LOT

Fecha del análisis: *13/10/2017*
 Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,01	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,16	2,20

PRODUCTO CONFORME
 PRODUIT CONFORME

SI
 OUI

NO
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: 10/2019

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

13/10/2017
 Fecha de emisión
 Date d'émission

Jue
 Dr. Tais Monteiro Cardoso
 Farmacéutica
 CRF/SP: 47.420

Muller
 Control de Calidad Lectus
 Contrôle de Qualité Lectus

Pascual
 Control de Calidad Anios
 Contrôle de Qualité Anios

Para: ENRIQUE AMARO LLANOS
 DIRECTOR TÉCNICO
 M.P. 20.030

mirrored text stamp (mirrored)

mirrored text stamp (mirrored)