

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO: STERANIOS 2%**

**Lote: W286.02AR**

Data de Fabricação: 13/10/2017

Data de Validade: 13/10/2019

Data da Análise: 01/02/2018

| TESTES                        | ESPECIFICAÇÕES<br><i>mínima</i><br>20°C | ESPECIFICAÇÕES<br><i>máxima</i><br>20°C | RESULTADOS |
|-------------------------------|---|---|------------|
| pH<br>MG - 01                 | 5,5                                     | 6,5                                     | 5,9        |
| Índice de Refração<br>MG - 04 | 1,33                                    | 1,38                                    | 1,34       |
| Densidade<br>MG - 03          | 0,99                                    | 1,02                                    | 1,00       |
| Glutaraldeído (%)<br>MG - 08  | 1,80                                    | 2,20                                    | 1,98       |

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

*Anay Meire de Paula*


**Anay Meire de Paula**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev.03

[www.3albe.com.br](http://www.3albe.com.br)

OFICINA COMERCIAL  
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
**Desinfección**

www.lectus.com.ar

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:** *STERANIOS 2%*  
PRODUIT

**LOTE:** *W286.02AR*  
LOT

**Fecha del análisis:** *13/10/2017*  
Date d'analyse

| ANÁLISIS<br>ANALYSE                                 | ESPECIFICACIÓN<br>SPECIFICATION<br>(a 20°C)<br>VALOR MÍNIMO | RESULTADO<br>RESULTAT<br>(20°C) | ESPECIFICACIÓN<br>SPECIFICATION<br>(a 20°C)<br>VALOR MÁXIMO |
|---|---|---------------------------------|---|
| <b>pH</b>   | 5,5   | 6,1                             | 6,5   |
| <b>Índice de refracción</b><br>Indice de réfraction | 1,33  | 1,34                            | 1,35  |
| <b>Densidad</b><br>Densité                          | 0,99  | 1,00                            | 1,02  |
| <b>Glutaraldehído (%)</b><br>Glutaraldéhyde         | 1,80  | 2,14                            | 2,20  |

**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME

SI   
OUI

NO  
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 10/2019

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**

13/10/2017  
Fecha de emisión  
Date d'émission

*fué*  
Dr.° *Tafs Monteiro Cardoso*  
Farmacéutica  
CRF/ SE: 47.420

*[Signature]*  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.P. 20.037

*[Signature]*  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

*[Faint stamp: APTORQA, Comité de Calidad]*