

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: W303.03AR

Data de Fabricação: 30/10/2017

Data de Validade: 30/10/2019

Data da Análise: 01/02/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	6,0
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,05

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.


Resultado: **Aprovado**

Anay Meire de Paula.

Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
PRODUIT

LOTE: *W303.03AR*
LOT

Fecha del análisis: *30/10/2017*
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Índice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,14	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI X
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 10/2019

30/10/2017
Fecha de emisión
Date d'émission

fm
Dr.º Tais Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF/ SP: 47.420

Enrique Amaro Llavos
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

FABR. ENRIQUE AMARO LLAVOS
DIRECTOR TÉCNICO
M.P. 20.031

Enrique Amaro Llavos
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Observada
Control de Qualidade
Enrique Amaro Llavos