

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: W321.03AR

Data de Fabricação: 11/2017


Data de Validade: 11/2019

Data da Análise: 04/06/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,7
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,02

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: Aprovado



Dra. Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF/SP 79144

LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO
CRF/SP: 79144




Angela Sabino
CRF/SP 83715
Farmacêutica

MARIA ANGELA SABINO LEITÃO
CRF/SP: 83715

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: STERANIOS 2%
PRODUIT

LOTE: W321.03AR
LOT

Fecha del análisis: 17/11/2017
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Índice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,16	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI X
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 11/2019

17/11/2017
Fecha de emisión
Date d'émission

Dr. Tais Roberto Cardoso
Farmacéutica
CRF/SE: 47.420

Enrique Amaro Llangos
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus
Farm. ENRIQUE AMARO LLANGOS
DIRECTOR TÉCNICO
M.P. 20.033

Antonio Galea
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.