

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** W327.02AR

Data de Fabricação: 11/2017

Data de Validade: 11/2019

Data da Análise: 04/06/2018

| TESTES                        | ESPECIFICAÇÕES<br><i>mínima</i><br>20°C | ESPECIFICAÇÕES<br><i>máxima</i><br>20°C | RESULTADOS |
|-------------------------------|---|---|------------|
| pH<br>MG - 01                 | 5,5                                     | 6,5                                     | 5,8        |
| Índice de Refração<br>MG - 04 | 1,33                                    | 1,35                                    | 1,34       |
| Densidade<br>MG - 03          | 0,99                                    | 1,02                                    | 1,00       |
| Glutaraldeído (%)<br>MG - 08  | 1,80                                    | 2,20                                    | 2,03       |

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

Dra Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF/SP 79144


LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO  
CRF/SP: 79144

Angela Sabino  
CRF/SP 83715  
Farmacêutica

MARIA ANGELA SABINO LEITÃO  
CRF/SP: 83715

OFICINA COMERCIAL  
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: **STERANIOS 2%**  
PRODUIT

LOTE: **W327.02AR**  
LOT

Fecha del análisis: **23/11/2017**  
Date d'analyse

| ANÁLISIS<br>ANALYSE                          | ESPECIFICACIÓN<br>SPECIFICATION<br>(a 20°C)<br>VALOR MÍNIMO | RESULTADO<br>RESULTAT<br>(20°C) | ESPECIFICACIÓN<br>SPECIFICATION<br>(a 20°C)<br>VALOR MÁXIMO |
|--|---|---------------------------------|---|
| pH   | 5,5   | 6,1                             | 6,5   |
| Índice de refracción<br>Indice de réfraction | 1,33  | 1,34                            | 1,35  |
| Densidad<br>Densité                          | 0,99  | 1,00                            | 1,02  |
| Glutaraldehído (%)<br>Glutaraldéhyde         | 1,80  | 2,15                            | 2,20  |

PRODUCTO CONFORME  
PRODUIT CONFORME

SI  
OUI



NO  
NON


FECHA DE CADUCIDAD: 11/2019

23/11/2017  
Fecha de emisión  
Date d'émission

  
Dr. Taís Monteiro Cardoso  
Farmacéutica  
CRF/SP: 47.420

  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

FARM. ENRIQUE AMARO LLANOS  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.P. 20.033

  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.