

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: ANIOSYME SYNERGY 5

Lote: W32708S

Data de Fabricação: 23/11/2017


Data de Validade: 23/11/2019

Data da Análise: 23/01/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	7,0	9,0	8,3
Índice de Refração MG - 04	1,36	1,41	1,38
Densidade MG - 03	1,09	1,14	1,10

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: Aprovado



Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev.03

LABORATOIRE DE
CONTROLE QUALITE

Responsable

Manager

J.FOSSE

Techniciens

Técnicos

Technicians

M. DUFOUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

A.MOREIRA

C.CARON

H DEPOORTER

S BAILLEUL

CERTIFICAT D'ANALYSE

CERTIFICADO DE ANALISIS

ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : ANIOSYME SYNERGY 5

PRODUCTO

PRODUCT

LOT : W32708S

LOTE

BATCH NUMBER

Date d'analyse : 23/11/2017

Fecha de análisis

Analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	7,0	8,2	9,0
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,36	1,38	1,41
Densité (IS18) Densidad Density	1,09	1,10	1,14
Activité Amylasique UA/ml/min(RDC55) Actividad enzimática de la amilasa Amilase activity	0,01	0,01	
Activité Protéasique UP/ml/min (RDC55) Actividad enzimática de la proteasa Proteolytic activity	0,02	0,033	

PRODUIT CONFORME

PRODUCTO CONFORME

PRODUCT CONFORMITY

OUI

SI

YES



NON

NO

NO



COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Date d'émission

Fecha de emisión

Sending out date

11/12/2017

Julie
Tais Monteiro Cardoso
Farmacêutica
CRF/SP: 47.420

Visa Technicien Qualité

Visado Técnico Calidad

Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité

Visado Responsable Control calidad

Quality Control Manager Visa