

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO: ANIOXYDE 1000**

**Lote: W34111**

Data de Fabricação: 07/12/2017  
Data de Validade: 07/12/2018

Data da Análise: 06/02/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
<b>GERADOR</b>			
pH MG - 01	7,0	9,0	8,1
Índice de Refração MG - 04	1,3348	1,3356	1,3349
Densidade MG - 03	1,008	1,016	1,008
Teor H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (%) MG - 07	2,90	3,20	3,01
<b>ATIVADOR</b> <b>Lote: W33903</b>			
pH (Tira Reagente 4 a 7) MG - 02	5,0	6,5	5,0
Aspecto MG - 06	Líquido límpido alaranjado	Líquido límpido alaranjado	Conforme
Índice de Refração MG - 04	1,4300	1,4600	1,4486

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios

**Resultado: Aprovado**

*Anay Meire de Paula*

**Anay Meire de Paula**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev.03

[www.3albe.com.br](http://www.3albe.com.br)



Laboratoires

**ANIOS**

LABORATOIRE DE  
CONTROLE QUALITE

Responsable

Manager

J.FOSSE

Techniciens

Technicians

M. DUFOUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

C.CARON

H.DEPOORTER

S.BAILLEUL

A.MOREIRA

T. DELGHEIER

## CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYSIS CERTIFICATE

**PRODUIT : ANIOXYDE 1000**

PRODUCT

**LOT : W34111**

BATCH NUMBER

Date d'analyse : 07/12/2017

Analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Mini (20°C)	RESULTAT RESULT (20°C)	SPECIFICATION Maxi (20°C)
<b>GENERATEUR</b> Generator			
pH (IS21)	7,0	8,0 (U = 0,1)	9,0
Indice de réfraction (IS19) Refractive index	1,3348	1,3350 (U = 0,0001)	1,3356
Densité (IS18) Density	1,008	1,011 (U = 0,001)	1,016
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (IS14)	2,90 %	3,06 (U = 0,02 %)	3,20 %
Stabilité H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (16 h à 60°C + IS14) Stability	2,75 %	3,07 (U = 0,02 %)	3,20 %
<b>ACTIVATEUR LOT : W33903</b> Activator batch number			
pH(Bandelettes 4 à 7) (Indicator strips 4 to 7)	5,0	5,5 (U = 0,3)	6,5
Aspect Apparence	Limpide orangé Orange clear liquid	Conforme Conform	
Indice de réfraction (IS19) Refractive index	1,4300	1,4504 (U = 0,0001)	1,4600

(U) Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux incertitudes types. Les incertitudes types ont été calculées en tenant compte des différentes composantes d'incertitudes, étalons de références, résolution de l'instrument, influence de la température, répétabilité...

(U) The mentioned extended uncertainty are those corresponding to two uncertainties types. The uncertainties types were calculated regarding the different components of the uncertainty, reference standards, equipment resolution, temperature influence, repeatability...

**PRODUIT CONFORME**

PRODUCT CONFORMITY

OUI

YES



NON

NO



COMERCIAL 3 ALBE L.L.C.

Date d'émission

Sending out date

19/12/2017

Dr. Jafes Monteiro Cardoso  
Farmacêutica  
CRF/SP: 47.420

Visa Technicien Qualité

Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité

Quality Control Manager Visa

Pavé du Moulin - 59260 Lille - Hellemmes

Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68

SIREN N° 823 326 061 - S.A.S. au capital de 773 630 132 €

